

Prior to use, carefully read the instructions for use **EN**

## GC Fuji LINING™ LC PASTE PAK

RADIOPAQUE LIGHT CURED GLASS IONOMER LINING CEMENT

Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die empfohlenen Indikationen zu verwenden.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK is the first radiopaque, light cured resin-modified glass ionomer lining cement available in paste form. The Paste PAK Form GC Fuji LINING LC PASTE PAK is available in a cartridge pack and can be dispensed easily and correctly using a special dispenser called Paste Pak Dispenser.

**RECOMMENDED INDICATIONS**  
As a base or liner in prepared cavities.

**CONTRAINDICATIONS**  
1. Direct pulp capping.  
2. Avoid use of this product in patients with known allergies to glass ionomer cement, methacrylate monomer or methacrylate polymer.

**IDENTIFICATION OF PARTS**  
(Paste Pak Cartridge)  
1. Cap  
2. Inner plunger  
3. Cartridge tip  
(Paste Pak Dispenser)  
4. Piston  
5. Adjusting guide  
6. Lever  
7. Sliding block  
8. Piston release (Fig. 1)

**DIRECTIONS FOR USE**  
Paste / Paste Ratio (g/g) 1,0/1,1  
Mixing Time (sec.) 10\*  
Working Time (23°C/73°F) (min., sec.) 2'15"  
Light Curing Time (sec.) (Halogen) 20\*  
Depth of Cure (mm) 1,3  
ISO 9917-2 Klasse 2

**1. PASTE PAK CARTRIDGE LOADING**  
a) Make sure that the piston is completely retracted into the dispenser. (Fig. 2)  
Note:  
To retract the piston, hold both the sliding block and piston release (on the underside of the dispenser) with your fingers and pull them back together.  
b) Load the cartridge into the Paste Pak Dispenser. (Fig. 3)  
1) Draw the mark on the cartridge lines up with the mark on the Paste Pak Dispenser as illustrated. (Fig. 3)  
2) Then turn the cartridge fully to the right position. Note:  
The cartridge is stored in a refrigerator, before use leave it at room temperature (23°C/73°F) for 30 minutes.  
2) To remove the cartridge, retract the piston fully and turn the cartridge back to the marked positions.

c) After cartridge loading, push the piston release forward until it stops. (Fig. 4)  
1) Push the piston release forward.  
2) Do not push the upper side.  
d) DISPENSING  
a) Remove the cartridge cover. (Fig. 5)  
b) Depress the lever to dispense the required amount of restes onto the mixing pad.  
Note:  
Before dispensing the first material from a new cartridge or when there is a long interval, bleed the piston in order to prevent the incorporation of air bubbles into the material.  
2) Do not adjust the dispenser forwards or backwards to change the quantity of material to be dispensed. Position of adjusting guide for note. (Fig. 6)  
c) While depressing the lever, level and cut off the extruded material from the lips of the cartridge by moving the cartridge and dispenser to an upright position on the mixing pad. (Fig. 7)  
1. Level and cut off material.

2. Pressing the lever  
When the lever is released after dispensing, residual pastes at the tips are retracted into the cartridge. Replace the cartridge cover.  
1) If any surplus paste is retained on the cartridge tips after dispensing, remove with gauze, etc.  
2) The amount of residual material in the cartridge can be confirmed by the position of the sliding block on the underside of the dispenser. As the cartridge has a translucent tip on one of the barrels, the residual material can also be confirmed by the position of the inner plunger seen through the cartridge tip.  
3) Do not drop the dispenser with the cartridge. Otherwise the cartridge may be damaged.

3. MIXING  
After dispensing, incorporate and spread the material out in a thin layer on the mixing pad using a plastic spatula. Mix thoroughly, with lapping strokes, for 10 seconds. Be careful not to incorporate air bubbles.  
Note:  
1) The working time is 2 minutes 15 seconds from the start of mixing at 23°C (73°F). Higher temperatures will shorten working time.  
2) Do not mix pastes with other materials.

4. RESTORATIVE TECHNIQUE  
a) Prepare both sides of the preparation with an extensive mechanical retention is not necessary.  
b) Wash and dry but DO NOT DESICCAT. For pulp capping use calcium hydroxide.  
c) Mix the cement (as above).  
d) Remove surface moisture, but DO NOT DESICCAT. E. Transfer cement to the preparation using a syringe or suitable placed dispenser, covering dentine up to the dentino-enamel junction.  
f) Light cure with a halogen, plasma jet or LED light curing device. Light cure as closely as possible to the cement surface.  
Note:  
Application exceeds 2 mm in depth, use a layering technique.  
g) Proceed with standard composite or amalgam restorative techniques.

**SHADE**  
Universal  
**STORAGE**  
Recommended for optimal performance, store in a cool and dark place (4-25°C / 39-277°F).

**PACKAGE**  
Paste Pak Cartridge (7.0 g / 4.7 mL) (1) with mixing pad (No.22)  
Option: Paste Pak Dispenser (1)  
**CAUTION**  
1. In case of contact with oral tissues or skin, remove immediately with cotton, gauze or a sponge soaked in alcohol. Flush with water.  
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.  
3. In rare cases metal may cause sensitivity to some persons. If such reactions are experienced, discontinue the use of Paste Pak Dispenser (nickel-plated aluminum) and refer to a physician.  
4. Store Paste Pak Dispenser away from chemicals such as acetone which contain halogen element.  
5. Personal protective equipment (PPE) such as gloves, face masks and safety eyewear should always be worn.  
6. In rare cases the product may cause sensitivity in some people. If any such reactions are experienced, discontinue the use of the product and refer to a physician.

Some products referenced in the present IFU may be classified as hazardous according to GHS. Always familiarize yourself with the safety data sheets available at: <http://www.gejorcorp.com> or for the Americas <http://www.gamerica.com>. There can also be obtained from your supplier.

**CLEANING AND DESINFECTING:**  
MULTI-USE DELIVERY SYSTEMS: to avoid cross-contamination between patients this device requires mid-level disinfection. Immediately after use inspect device and label for detection of this device. DO NOT IMMERS. Thoroughly clean device to prevent drying and accumulation of contaminants. Disinfect with a mid-level registered disinfectant. Disinfection control product according to regional / national guidelines.

Undesired effects-Reporting:  
If you become aware of any kind of undesired effect, reaction or similar events experienced by use of this product, including those not listed in this instruction for use, please report them directly through the relevant vigilance system, by selecting the proper authority of your country accessible through the following link:  
[https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en)  
as well as to our internal vigilance system: [vigilance@gc.dental](mailto:vigilance@gc.dental)  
In this way you will contribute to improve the safety of this product.

Last revised: 09/2021  
**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

**REINIGUNG UND DESINFIZIERUNG:**  
VERPACKUNG ZUM MEHRFACHEN GEBRAUCH: Um Kreuzkontaminationen zwischen Patienten zu vermeiden, ist eine Desinfektion mit einem geeigneten Desinfektionsmittel erforderlich. Produkt direkt nach dem Gebrauch auf Abnutzung oder Beschädigung untersuchen. Bei Beschädigung, Material entsorgen.  
NIE MALS TAUCHDESINFIZIEREN. Das Material gründlich reinigen und vor Feuchtigkeit schützen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.  
Desinfizieren Sie mit einem für die Verwendung des Produkts registrierten (mit-level registered) Desinfektionsmittel.  
MELDUNG UNERWÜNSCHTER VORKOMMISSE  
Wenn Sie bei der Verwendung des Produkts unerwünschte Nebenwirkungen, Reaktionen oder ähnliche Vorkommnisse feststellen, unabhängig davon, ob Sie in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführt sind oder nicht, melden Sie diese bitte umgehend an die entsprechende Meldebehörde für Ihr Land, die Sie unter dem Link [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en) finden, sowie unsere interne Meldestelle [HYPERLINK](mailto:HYPERLINK) [https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts\\_en](mailto:https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts_en). Auf diese Weise tragen Sie dazu bei, die Sicherheit dieses Produkts zu verbessern.

Vor der Benutzung bitte die Gebrauchsanweisung gründlich lesen! **DE**

## GC Fuji LINING™ LC PASTE PAK

RÖNTGENSICHTBARER LICHTHÄRTENDER GLASIONOMER-UNTERFÜLLUNGZEMENT

Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die empfohlenen Indikationen zu verwenden.

GC Fuji LINING LC PASTE PAK ist der erste röntgenopak, lichthärtende kunststoffverstärkte Glasionomer-Unterfüllungszement in Paste-Form. GC Fuji LINING LC PASTE PAK ist in Kartuschen zur Verfügung und kann sehr leicht und genau mit dem speziellen Paste Pak Dispenser ausgedrückt werden.

**EMPFOLHENE INDIKATIONEN**  
Als Unterfüllung oder Liner in präparierten Kavitäten.

**GEGENANZEIGEN**  
1. Direkte Pulpaüberkappung.  
2. Vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts bei Patienten mit bekannten Allergien gegen Glasionomer-Zement, Methacrylat-Monomer oder Methacrylat-Polymer.

**BEZEICHNUNG DES TEILES**  
(Paste Pak Kartusche)  
1. Deckel  
2. Innerer Kolben  
3. Spitze  
(Paste Pak Dispenser)  
4. Kolbenstange  
5. Dosiererschieber-lang  
6. Hebel  
7. Sperrebel  
8. Lesehebel (Abb. 1)

**GEBRAUCHSANWEISUNG**  
Paste / Paste Form / Konsistenz (g/g) 1,0/1,1  
Anmischzeit (Sek.) 10\*  
Verarbeitungszeit (23°C/73°F) (Min., Sek.) 2'15"  
Lichthärtzeit (Sek.) (Halogen) 20\*  
Aushärtungstiefe (mm) 1,3  
ISO 9917-2 Klasse 2

**1. EINSETZEN DER (PASTE PAK) KARTUSCHEN**  
a) Es muß sichergestellt werden, dass die Kolbenstange komplett in den Dispenser zurückgeschoben wurde. (Abb. 2)  
Hinweis:  
Um die Kolbenstange zurückzuschieben, sowohl den Sperrebel als auch den Lesehebel (an der Unterseite des Dispensers) mit den Fingern zusammendrücken und sie nach hinten schieben.  
b) Einlegen der Kartusche in den Paste Pak Dispenser. (Abb. 3)  
1) Es ist sicherzustellen, dass sich die Markierung auf der Kartusche und die Markierung auf dem Paste Pak Dispenser wie abgebildet auf einer Linie befinden.  
2) Um die Kartusche nach rechts in Position drehen. Hinweis:  
1) Wenn Sie die Kartuschen in einem Kühlschrank aufbewahren, lassen Sie sie mindestens 30 Minuten bei Raumtemperatur (23°C/73°F) liegen.  
2) Um die Kartusche herauszunehmen, die Kolbenstange komplett zurückziehen und die Kartusche an die markierte Position zurückdrehen.  
c) Nach dem Einsetzen der Kartusche den Lesehebel bis zum Anschlag vorschieben. (Abb. 4)  
1) Den Lesehebel mit dem Daumen in der Mitte schief nach unten drücken.  
2) Schieb man den Lesehebel an der Oberseite nach vorne, blockiert er.  
3) Drücken des Hebels. Wenn der Hebel nach dem Herausdrücken losgelassen wird, werden die Pasten vollständig aus der Kartusche zurückgezogen. Den Kartuschendeckel wieder aufsetzen.  
Hinweis:  
1) Vor dem erstmaligen Ausdrücken von Material aus einer neuen Kartusche oder vor dem Ausdrücken nach einem längeren Zeitraum, etwas von beiden Pasten ausdrücken, um die Bildung von Luftblasen im Material zu vermeiden.  
2) Der Dosiererschieb kann sowohl nach vorne als auch nach hinten geschoben werden, um die Menge des auszudrückenden Materials zu verändern. Note: Position des Griffes beim Unterfüllen. (Abb. 6)  
c) Während der Hebel gedrückt wird, Dispenser waagrecht halten. Zum Abstreifen des überschüssigen Materials, die Kartusche und Dispenser in eine aufrechte Position auf dem Anmischblock bringen. (Abb. 7)  
1. Waagrecht halten und Material abstreifen.  
2. Drücken des Hebels. Wenn der Hebel nach dem Herausdrücken losgelassen wird, werden die Pasten vollständig aus der Kartusche zurückgezogen. Den Kartuschendeckel wieder aufsetzen.  
Hinweis:  
1) Falls überschüssiges Material nach dem Ausdrücken an der Kartuschenspitze haftet, kann dieses mit einem Wattepeeliet etc.  
2) Die Menge des verbleibenden Materials in der Kartusche kann anhand der Position des Dosiererschiebers auf der Unterseite des Dispensers festgestellt werden. An einem durchsichtigen Streifen auf einer Seite der Kartusche kann die Menge des verbleibenden Materials an der Position des inneren Kolbens erkennen.  
3) Den Dispenser mit der Kartusche nicht fallenlassen, da es sonst zu Luft führen kann. Beschädigung der Kartusche kommen könnte.

**3. ANMISCHEN**  
Nach dem Ausdrücken das Material mit einem Plastikspatula dünn auf dem Anmischblock ausbreiten. 10 Sekunden überlappend sorg

